

項目	受入できない条件	参考値となる条件
安静時心電図		
安静時心電図(ホータル)	何らかの理由で電極が装着できない	記録中安静にできない
安静時3分間記録		
自律神経検査(R-R)	不整脈多発する場合	
負荷心電図(ダブル)		十分な負荷ができない(身体的)
負荷心電図(トリプル)		
負荷心電図(過呼吸)	運動ができない	
負荷心電図(寒冷)		
トレッドミル		
ホルター心電図		電極が剥がれてしまう可能性がある場合(体毛、乾燥、汗等)
24h血圧計	翌日に来院できない	
24h血圧計(ホルター心電図含む)		
血圧脈波検査(PWV/ABI)		記録中に安静にできない
血圧脈波検査(TBIを含む)	何らかの理由でカフが巻けない	
脳波(30分以内)		/
脳波(30分以上)		
睡眠脳波(30分以内)	電極が適切に装着できない	
睡眠脳波(30分以上)		
視覚誘発電位(VEP)		
体性感覚誘発電位(SEP)		十分な負荷に耐えられない(刺激による痛みなど)
聴性誘発反応検査(ABR)		
針筋電図(EMG)	検査部位が露出できない場合 検査中じっとできない	
表面筋電図(SSR含)		
神経伝導検査(NCS)		
ENoG		正確な指示が通らない、通りにくい場合
肺気量分画測定(VC)		
フローボリュームカーブ(FVC)		
肺機能 I 検査(VC+FVC)	何らかの理由でマウスピースが啞えられない	
呼吸抵抗		
呼気中NO濃度		
肺機能 II 検査(CV+FRC+Dlco)	何らかの理由でマウスピースが啞えられない 肺気量が1リットル未満の場合	
肺機能 III 検査(FRC+Dlco)		
アストグラフ	何らかの理由でマウスピースが啞えられない	記録中に安静にできない
基礎代謝(BMR)	安静状態が保てない	
体組成分析	約1分間自立できない ペースメーカー埋め込み被検者	食事直後
心臓超音波		指示が通らない、不整脈
心臓超音波(小児科)		
頸動脈超音波		
(その他)血管超音波		
下肢静脈超音波(DVT)		
下肢静脈超音波(表在)		
下肢動脈超音波	検査部位が露出できない場合 検査中じっとできない 音波ビームの入射不良	
腎動脈超音波		
上腕動脈超音波		
腹部超音波		
乳腺超音波		
甲状腺超音波		
体表超音波		
頸動脈超音波(DM・健診)		
経食道超音波	6時間以内に食事をした場合 プローブを飲み込めない	食事(胆嚢評価が正確でない)
皮膚灌流圧検査(SRPP)	測定中に安静にできない	測定中の不随運動
終夜睡眠ホリグラフィ		何らかの原因で電極が外れた場合
精密PSG	終夜中の電極装着に耐えられない	

* 検査実施に協力が得られない、危険な行動をされる場合は、検査ができないことがあります。

* 予約検査において予約時間に遅れた時は、大幅な待ち時間が発生したり、当日検査ができない可能性があります。