

生理検査室（受入不可基準）		2022/03/01現在
項目	受入できない条件	参考値となる条件
全ての検査共通	検査者の指示が通らない 検査に協力が得られない 危険な行動をする	
安静時心電図 安静時心電図（オートグラフ） 安静時3分間記録	何らかの理由で電極が装着出来ない	記録中安静に出来ない
自律神経検査（R-R）	不整脈が多発する	
負荷心電図（ダブル） 負荷心電図（トリプル） 負荷心電図（過呼吸） 負荷心電図（寒冷） トレッド	運動が出来ない	十分な負荷が出来ない（身体的）
ホルター心電図 24h血圧計 24h血圧計（ホルター心電図含む）	翌日に来院出来ない	電極が剥がれてしまう可能性がある場合（体毛、乾燥、汗等）
血圧脈波検査（PWV/ABI） 血圧脈波検査（TBIを含む）	何らかの理由でカフが巻けない	記録中に安静にできない
皮膚灌流圧検査（SRPP）	測定中に安静にできない	測定中の不随意運動
肺気量分画測定（VC） フローボリュームカーブ（FVC） 肺機能Ⅰ検査（VC+FVC） 呼吸抵抗 呼吸中NO濃度	何らかの理由でマウスピースが咥えられない	正確な指示が通らない、通りにくい
肺機能Ⅱ検査（CV+FRC+Dlco） 肺機能Ⅲ検査（FRC+Dlco）	何らかの理由でマウスピースが咥えられない 肺気量が1リットル未満の場合	
アストグラフ	何らかの理由でマウスピースが咥えられない	
基礎代謝（BMR）	安静状態が保てない	記録中に安静にできない
終夜睡眠ポリグラフ 精密PSG	終夜中の電極装着に耐えられない	何らかの原因で電極が外れた
体組成分析	約1分間自立できない ペースメーカー埋め込み被検査者	食事直後
脳波	電極が適切に装着できない 検査中に安静にできない	正確な指示が通らない、通りにくい
筋電図	検査部位が露出できない 検査中安静にできない	十分な負荷に耐えられない（刺激による痛みなど）
超音波	検査部位が露出できない 検査中安静にできない 超音波ビームの入射不良	指示が通らない、通りにくい 動脈系の検査：不整脈 腹部超音波：食事（胆嚢評価が正確でない）
経食道超音波	6時間以内に食事をした場合 プローブを飲み込めない	

*検査実施に協力が得られない、危険な行動をされる場合は、検査ができないことがあります。

*予約検査において予約時間 10 分前迄にお越しください。予約検査に遅れた場合は、大幅な待ち時間が発生したり、当日検査ができない可能性があります。

*検査を行う部位が脱ぎ着しやすい服装でお越しください。